Name der Praxis/Labor/Krankenhaus

.....

.....

**Dokumentationsblatt für die Inkubation von**
***gke Steri-Record*® Mini-Bio-Plus SCBI**

| **Sterilisationsprozess:** | **Dampf ☐** | **$H_2O_2$ ☐** | **Formaldehyd ☐** | **Ethylenoxid ☐** |
|---|---|---|---|---|
| **Chargen-Nr. des SCBI** | | | | |
| **Verfallsdatum des SCBI** | | | | |
| **SCBI-Nr. für Vitalitätstest*** | | | | |
| **Ergebnis Vitalitätstest** | + / - | + / - | + / - | + / - |
| **Inkubationstemperatur:** | **55 - 60°C** | | | **33 - 37°C** |
| **Empfohlene Inkubationszeit** | **24 Stunden** | | **48 Stunden** | |

| Nr. (*) | Datum Sterilisation | Sterilisator-Nr. | Chargen-Nr. des getesteten Sterilisationsprozesses | Inkubationsperiode | | | | Ergebnis (**) + / - | Verantwortlicher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Beginn | | Ende | | | Initialen | Unterschrift |
| | | | | Datum | Uhrzeit | Datum | Uhrzeit | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

766-001 DE V04 08/2012

**(*) Bei der gleichzeitigen Sterilisation mehrerer Bioindikatoren und/oder der Inkubation des Vitalitätstests müssen alle Ampullen vor Verwendung mit einer Nummer beschriftet werden, um das Ergebnis nach der Inkubation richtig zuordnen zu können. Diese Nummer in die Spalte übertragen.**

**(**) Erklärung: (+) Wachstum mit Farbumschlag des Nährmediums = NICHT STERIL**
**(--) kein Wachstum, kein Farbumschlag des Nährmediums = STERIL**

*gke* GmbH Auf der Lind 10 D-65529 Waldems ☎ +49 6126-9432-0 🖷 +49 6126-9432-10 ✉ info@gke.eu