



GKE SEAL-TEST

zur täglichen Überprüfung von Siegelnähten von Papierund Tyvek®-Verpackungen



Der GKE SEAL-TEST Siegelindikator dient zur täglichen Routinekontrolle von Siegelnähten und zur Funktionsbeurteilung von verschiedenen Siegelgeräten gemäß DIN EN ISO 11607-2:

- 1. Durchlaufsiegelgeräte für Beutel-/Rollenverpackungen
 - aus Papier/Folie
 - aus Tyvek[®]
- 2. Balkensiegelgerät

Der Test stellt sicher, dass das Siegelgerät einwandfrei funktioniert, richtig eingestellt ist und die Siegelnähte dicht verschlossen sind deren kontinuierliche Überwachung laut DIN 58953-7 gefordert ist. Der SEAL-Test zeigt die Qualität des Haftverbundes auf der durchgeführten Siegelnaht durch die visuelle Beurteilung des Kontrastes auf dem eingelegten Indikator.

Produktbeschreibung

Der GKE SEAL-TEST Siegelindikator wird in zwei Abmessungen und zwei Materialien hergestellt. Er besteht entweder aus medizinischem Papier gemäß DIN EN 868-3 oder aus unbeschichtetem Tyvek®/Folienmaterial



SEAL-TEST FOR STERILE BARRIER SYSTEMS

E SEAL-TES

Der Siegelindikator für Balkensiegelgeräte (BAR-SEAL-TEST) ist breiter, damit die gesamte Breite des Balken getestet werden kann. Die Substanzen des Indikators sind nicht toxisch.

Vorteile

- Prüfung der Siegelnahtqualität gemäß Leitlinie für die Validierung Verpackungsprozesse nach der Norm DIN EN ISO 11607-2:2020
- Erhältlich für Durchlaufsiegelgeräte (173 mm) und für Balkensiegelgeräte (250 mm).
- Spezieller Siegelindikator für Tyvek®/Folien-
- Zuverlässige Prüfung der Siegelnaht durch optimalen Kontrast.
- Möglichkeit zur Dokumentation
- Umweltfreundliche Herstellung und kein unnötiger Abfall.
- Gleichbleibende Qualität gemäß Qualitätsmanagmentsystem nach DIN EN ISO 13485.

Bestellinformation

Art. Nr.	Inhalt	Produktbezeichnung	Abmessung	Anwendung
200-311	100	SEAL-TEST	173 x 76,2 mm	Siegelindikator zur Prüfung von Papier-Verpackungen in Durchlaufsiegelgeräten
200-312	250			
200-321	100	HDPE-SEAL-TEST	173 x 76,2 mm	Siegelindikator zur Prüfung von Tyvek [®] /Folien-Verpackungen in Durchlaufsiegelgeräten
200-331	100	BAR-SEAL-TEST	250 x 76,2 mm	Siegelindikator zur Prüfung von Papier- Verpackungen in Balkensiegelgeräten

EN 868-3 REF 200-

FOR STERILE BARRIER SYSTEMS

GKE-GmbH | Germany | www.g